

Oprotestowana czynności, o których mowa powyżej naruszają zasady udzielania zamówień publicznych, w wyniku, czego interes prawny protestującego doznał uszczerbku wskutek utraty możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, obarczając niniejsze postępowanie wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na podstawie art. 146 ust.1 pkt.5) i 6) ustawy Pzp.

O okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu Protestujący powziął wiadomość w dniu 27.10.2008 r. – dzień publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, zatem protest składamy w przewidzianym w ustawie terminie.

UZASADNIENIE

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez wyspecyfikowanie parametrów technicznych, które wskazują na sprzęt jednego producenta. Oznacza to, że tylko jeden producent (lub jego dystrybutorzy) mogą złożyć ważną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający w załączniku nr.3 do SIWZ opisał warunki graniczne w sposób wskazujący na jednego producenta aparatów rentgenowskich: firmę PHILIPS i następujące modele aparatów: Bucky Diagnost (Table TH, Ceiling suspension CS2/4, Vertical Stand VS, Generator Optimus) ,Duo Diagnost oraz Mammo Diagnost tym samym uniemożliwiając zaoferowanie aparatów wysokiej klasy innych wiodących na rynku marek.

Przytoczony poniżej opis przedmiotu zamówienia niezaprzeczalnie świadczy o preferowaniu rozwiązań firmy PHILIPS.

1. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu rtg do zdjęć kostno-płucnych

Jedyny aparat spełniający wymagania Zamawiającego: aparat Bucky Diagnost firmy PHILIPS

Jedyni wykonawcy mogący złożyć ważną ofertę: PHILIPS, Panamed, Euromed

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE	
I	DEKLARACJE I CERTYFIKATY		
II	GENERATOR RTG WYSOKIEJ CZYSTOTLIWOŚCI (HF)		Podane poniżej wartości spełnia generator Optimus 50kW firmy PHILIPS
	Zakres prądowy generatora maksymalny prąd > 650 mA		Takie wyspecyfikowanie parametru ogranicza konkurencję, ponieważ warunek ten spełnia jedynie generator firmy PHILIPS, który jako jedyny przy generatorze o mocy 50kW charakteryzuje się zakresem prądu 650mA – naruszenie art. 7 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp Prosimy o dopuszczenie generatora o zakresie prądu ≥630mA

OK Medical Systems

Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
tel. (061) 848 36 80 NIP: 781-177-46-96

MEDICAL SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
NIP: 781-17-62-894, tel. 061 84 83 680

Marcin Adamczak
Wiceprezes Zarządu
Medical Systems Sp. z o.o.