

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE	PARAMETRY OCENY
12	Wykonywanie zdjęć promieniem poziomym w projekcji bocznej pacjenta leżącego na stole ścianki		Protestujący wskazuje, iż aparat Duo Diagnost firmy PHILIPS jako jedyny na rynku posiada wspomnianą funkcjonalność, przez zastosowanie specjalnej kolumny i lampy z możliwością oddzielenia jej od systemu obrazowego.

3. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mammografu analogowego

Jedyny aparat spełniający wymagania Zamawiającego: aparat Mammo Diagnost firmy PHILIPS

Jedyni wykonawcy mogący złożyć ważną ofertę: PHILIPS, Panamed, Euromed

L.p.	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE	PARAMETRY OCENY
II GENERATOR RTG WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (HF)			
2	Moc generatora > 5 kW		Wskazany parametr spełnia jedynie firma PHILIPS. Prosimy o dopuszczenie generatora o mocy min 3,0kW Moc generatora nie ma żadnego wpływu na zakres i jakość wykonywanych badań
5	Zakres regulacji mAs – W zakresie co najmniej 2-600 mAs		Protestujący wskazuje, iż każdy producent charakteryzuje się innym zakresem w wskazanym parametrze. Prosimy o dopuszczenie generatora rtg o zakresie regulacji 10-720mAs
III LAMPA RTG Z KOLPAKIEM			
5	Pojemność cieplna kolpaka lampy > 1,5 MHU		Wskazany parametr spełnia jedynie aparat Mammo Diagnost
IV STATYW MAMMOGRAFICZNY Z SYSTEMEM UCISKOWYM, STOLIKIEM BUCKY I KONSOLĄ OPERATORA			



Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
tel. 061 848 35 80, NIP 781-177-46 98

MEDICAL SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
NIP 781-17-62-894, tel. 061 84 83 680

Marcin Adamczak
Wiceprezes Zarządu
Medical Systems Sp. z o.o.