

3	Zakres ruchu głowicy w zakresie $< -180^{\circ} - +180^{\circ}$	Wskazany parametr spełnia jedynie firma PHILIPS. Prosimy o dopuszczenie zakresu ruchu głowicy $-135^{\circ} / -180^{\circ}$ lub $-180^{\circ} / +135^{\circ}$
4	Zakres wysokości stolika od podłogi $< 70\text{cm} - > 130\text{cm}$	Wskazany parametr spełnia jedynie firma PHILIPS. Prosimy o dopuszczenie zakresu wysokości stolika od podłogi – od $\leq 75\text{cm}$ do $\geq 130\text{cm}$

Taki opis przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w sposób wyraźny na rozwiązania techniczne stosowane wyłącznie przez firmę PHILIPS, służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i wykluczeniu aparatów wysokiej klasy innych producentów, lecz z innymi, równie zaawansowanymi technologicznie, rozwiązaniami umożliwiającymi osiągnięcie przynajmniej tych samych (a nawet lepszych) efektów w zakresie diagnostyki. Jest to więc świadome działanie zamawiającego mające na celu ograniczenie do minimum liczbę wykonawców traktujące na uprzywilejowanej pozycji jednego producenta, zawężające tym samym możliwość wyboru optymalnej dla siebie oferty. Nierówne traktowanie wykonawców w niniejszym postępowaniu jest bezspornie co wprost wynika z argumentacji zawartej w proteście. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt, to dokonanie wyboru oferty odbędzie się z rażącym naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, co w konsekwencji prowadzi do zawarcia umowy z rażącym naruszeniem prawa.

Ponadto zamawiający postawił następujące warunki, które musi spełnić wykonawca, a które są niewątpliwym ograniczeniem konkurencji i naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz przepisów Dyrektywy UE nr 93/36/ EEC z dnia 14 czerwca 1993 r. o koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych:

Opis przedmiotu zamówienia -

1. Aparat rtg cyfrowy do zdjęć kostno - płucnych

Wszystkie główne podzespoły systemu RTG (lampa, generator, stół,) pochodzące od jednego producenta. Protestujący wskazuje, że Zamawiający nie wymienił wśród wspomnianych najważniejszych podzespołów systemu detektora odpowiedzialnego za jakość obrazu, którego producentem i dostawcą do prawie wszystkich dostawców jest firma TRIKEL.

2. Aparat rtg analogowy ze skopii



Medical Systems Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Chłopska 1, 60-622 Poznań
tel. 661 848 35 80, NIP: 781-177-46-96

MEDICAL SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
NIP: 781-17-62-894, tel. 061 84 83 680

Marcin Adamczak
Wiceprezes Zarządu
Medical Systems Sp. z o.o.