

018	OPISYWANIE ZDJĘC	5,11
019	PRACOWNIA MOKRA	5,89
020	WC	1,34
021	KABINA NR 4	1,27
022	KABINA NR 3	1,16
023	PRACOWNIA RTG – NR 2	25,03
024	STEROWNIA	9,58
025	CIEMNIA AUTOMATYCZNA	9,40
026	PRACOWNIA AUTOMAT.RTG – NR 1	25,78
027	–	
028	KABINA NR 1	1,14
029	WC	1,53
030	POM. IMPEL	10,14
031	KORYTARZ	56,87
032	KORYTARZ	36,71
033	KŁATKA SCHODOWA + KORYTARZ	119,28
034	ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ	
035	CENTRALA TELEFONICZNA	9,67
035	PRACOWNIA USG	19,66

Y	AT	-Doprowadzenie kabla zasilającego do tablicy rozdzielczej. - Tablica rozdzielcza TR w pomieszczeniu: -doprowadzenie kabla do podstawy kolumny pozostawiając ok 1,5 m. zapasu. wyłącznik awaryjny z mechanicznym blokowaniem (np SPAMEL ST122K1/05-00) Wyłącznik umieścić na ścianie pracowni na wysokości +180cm. włącznik urządzenia z kontrolą stanu w tablicy rozdzielczej (np SPAMEL ST122K3/05-00)
	B1	Miejsce doprowadzania kabla zasilania z tablicy rozdzielczej - przy podłodze za kolumną aparatu. Kabel przewodów korycie nasłennym PCV od TR. Tablica rozdzielcza (położenie sugerowane). Wykonać wg pkt 5.2. opracowania.
	TR	Lampa ostrzegająca o promieniowaniu. Wykonać instalację lamp ostrzegawczych o promieniowaniu. Załączanie lamp powinno odbywać się równocześnie z podaniem napięcia na generator aparatu.
		gniazdo ~230V dla serwisu

LEGENDA OPRAW

☼	—	Lampa ostrzegająca (plafoniera) z napisem np. "PROMIENIOWANIE"
4x18W	—	Oprawy wstropowe 4x18W z rąstrem parabolicznym w pracowni
AW	—	Oprawy j.w. lecz dodatkowo wyposażone w inwerter 1h
4x18W	—	(oprawy awaryjne)
☼	—	Oprawy żarowa plafoniera 60W

UWAGA: DOKŁADNE ROZPROWADZENIE KABLI DO APARATÓW PO WYBRANIU FIRMY DOSTARCZAJĄCEJ APARATY RTG I MAMMOGRAF



PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH 51-169 WROCŁAW UL.REDYCKA 74 TEL./FAX.(071)3253012, komórka 604271801		TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRACOWNI RTG W CELU MONTAŻU NOWYCH DWÓCH RTG I MAMMOGRAFU
AUTORZY: PROJEKTANT mgr inż. Barbara Majchrzak	NR UPRAWNIENI:	OBIEKT
OPRACOWAŁ mgr inż. Barbara Majchrzak	98/88 UW	ZOO STRZELCE OPOLSKIE SZPITAL POWIATOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU-PRACOWNIA RTG INSTALACJE ELEKTRYCZNE	STADIUM PB	SKALA: 1:100
	DATA: 03.2008	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
		NR RYS. 4/E

1:100