

**Dotyczy: przetarg nieograniczony powyżej 206 000 Euro na dostawę sprzętu do Pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
(Znak sprawy: ZOZ/12-ZP/08)**

I. INFORMACJA O OSTATECZNYM ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTÓW

1. Zamawiający informuje, że, w związku z ostatecznym rozstrzygnięciem protestów wniesionych w niniejszym postępowaniu, dokonano następujących modyfikacji dot. przedmiotu zamówienia (zgodnie z przedmiotowymi pismami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego), jak wyspecyfikowano w poniższej tabeli:

Tabela. Modyfikacje SIWZ, zgodnie z treścią rozstrzygnięcia protestów

Nr (Załącz. 3 do SIWZ Parametry Techniczne)	Było	Jest (Zmiany dokonane poprzez częściowe uznanie postulatów Protestujących)
I.III.I Aparat cyfrowy	Anoda wirująca = 50 Hz	Anoda wirująca $\geq$ 50 Hz
I.VI.6 Aparat cyfrowy	Najniższe położenie punktu centralnego (środką) matrycy od podłogi - $\leq$ 35 cm	Najniższe położenie punktu centralnego (środką) matrycy od podłogi - $\leq$ 40 cm
III.IV.4 Mammograf	zakres wysokości stolika od podłogi $\leq$ 70cm - $\geq$ 130 cm	zakres wysokości stolika od podłogi $\leq$ 75cm - $\geq$ 130 cm
I.V.6 Aparat Cyfrowy	Elektrycznie regulowany poziom blatu w zakresie - $\geq$ 40cm	Elektrycznie regulowany poziom blatu w zakresie - $\geq$ 30cm
III.II.5 Mammograf	Zakres regulacji mAs – W zakresie, co najmniej 2-600 mAs.	Zakres regulacji mAs – W zakresie, co najmniej 10-600 mAs.
III.IV.4 Mammograf	Zakres wysokości stolika od podłogi $\leq$ 70cm - $\geq$ 130 cm.	Zakres wysokości stolika od podłogi $\leq$ 75cm - $\geq$ 130 cm.

2. Odnośnie wymogu pochodzenia głównych podzespołów aparatury (zbiorczego certyfikatu CE i wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych) Zamawiający zmienia przedmiotowy warunek z granicznego na oceniany (przy punktacji 30 pkt).

Nowe zapisy do SIWZ zastępujący stare w pozycjach I, II i III SIWZ – Zał nr 3 :

1.	Wszystkie główne podzespoły systemu RTG (lampa, generator, stół, mechanika, statyw) pochodzące od jednego producenta	Tak / Nie		0 - 30	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt
----	--	-----------	--	--------	-----------------------------

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt 2.1.1 Siwz, nadając mu następującą treść:

Zaoferowana aparatura winna odpowiadać parametrom technicznym opisanym w Zał. Nr 3 do SIWZ – w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona na podst. Art. 89.1 pkt. 2 ustawy, **przy czym Zamawiający preferuje – zgodnie z zasadami punktacji, określonymi w Zał. 3 do SIWZ – rozwiązanie techniczne, gdzie poszczególne aparaty rentgenowskie tworzą jednolity system, co oznacza, że wszystkie główne podzespoły poszczególnej aparatury pochodzą od jednego producenta (odpowiednio dla aparatu: lampa, generator, stół, mechanika, statyw).**

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt. 2.1.2.1 Siwz, nadając mu następującą treść:

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1.2 – aby spełnić warunki preferowania rozwiązania technicznego, pochodzenia głównych podzespołów poszczególnych aparatów od jednego producenta, o którym mowa w pkt. 2.1.1 - powinny mieć charakter zbiorczy i odnosić się do poszczególnej aparatury rentgenowskiej jako całości, co oznacza, że Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów aparaturze rentgenowskiej dla której na główne podzespoły wystawiono oddzielne deklaracje zgodności, certyfikaty CE lub dokonano oddzielnego zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych.

II. MODYFIKACJE SIWZ

1. Zamawiający – biorąc pod uwagę wyrok KIO z 7.04.2008 sygn. KIO/UZP254/08) - modyfikuje warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.3 SIWZ nadając mu następującą treść:

Zamawiający – odnośnie warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, gdzie suma ubezpieczenia wynosi - co najmniej:

- dla Pakietu 1: 1.500.000,00
- dla Pakietu 2: 350.000,00

2. Zamawiający modyfikuje pkt. 6.4 a) SIWZ nadając mu następującą treść:
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, wystawione

zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

III. PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA OFERT

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający, zgodnie z Art. 12a, ust. 2 pkt. 1 ustawy, przesuwa termin składania ofert na 23.12.2008r. na godz. 12:00.

Nowym terminem otwarcia ofert jest 23.12.2008r. godz. 12:30.

IV. WYJAŚNIENIE

Zamawiający odnośnie pkt. 2.1.1.1 oraz 2.2.1.1 SIWZ (potwierdzenie spełnienia deklarowanych w Zał. 3 parametrów technicznych) składa dodatkowe wyjaśnienia:

- 1) Zapisy powyższych punktów SIWZ oznaczają, że Zamawiający, w trybie art. 26, będzie żądał uzupełnienia dokumentów w sytuacji, gdy wykonawca nie przedłoży żadnych materiałów informacyjnych producenta dotyczących parametrów technicznych oferowanych urządzeń.

W tym samym zakresie może nastąpić wykluczenie wykonawcy, w trybie art. 24.2 pkt 3) ustawy.

- 2) Z powyższego wynika, że Zamawiający nie żąda dla **konkretnego parametru** złożenia wraz z ofertą potwierdzenia w materiałach producenta.

- 3) Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych oświadczeń i – ewentualnie – materiałów informacyjnych producenta w sytuacji, gdy będzie dysponował uzasadnionymi wątpliwościami o niezgodności przedłożonych oświadczeń i dokumentów ze stanem faktycznym.

W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się do wykonawcy o wyjaśnienia, zgodnie z pkt. 2.1.1.2 oraz 2.2.1.2 SIWZ, oraz zgodnie z art. 87.1 ustawy.

Z poważaniem
Beata Czempiel
Dyrektor ZOZ
Strzelce Op.

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
- 2) Strona Internetowa Zamawiającego.