



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Inwestujemy w twoją przyszłość



Strzelce Opolskie, 12 grudnia 2008

Wg rozdzielnika

Znak: ZOZ/NL/ 4193 / 08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 Euro na dostawę sprzętu do Pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

Znak sprawy: ZOZ/12-ZP/08

ODPOWIEDZI NR 4 NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu 1: Aparat cyfrowy ogólnodiagnostyczny, dwustanowiskowy, zał. 3 do SIWZ Lp. VI. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat cyfrowy ogólnodiagnostyczny, dwustanowiskowy ze statywem płucnym o najniższym położeniu punktu centralnego (środk) matrycy od podłogi ≤ 44 cm.

Wykonywanie zdjęć kostnych wymaga podnóżka, różnica 4 cm nie powoduje utrudnień w pracy a wynika z konstrukcji zabezpieczenia detektora przed uszkodzeniem.

Odpowiedź nr 1

Tak. Zamawiający dopuszcza do przetargu aparat cyfrowy ogólnodiagnostyczny, dwustanowiskowy ze statywem płucnym o najniższym położeniu punktu centralnego (środk) matrycy od podłogi ≤ 44 cm.

WYJAŚNIENIE

Dot. Zasady przyznawania punktów poszczególnym parametrom wg zasady proporcjonalności (Pakiet 1 i 2 – zgodnie z załącznikiem 3 i 4 do SIWZ „Zestawienie Parametrów Technicznych”).

W przypadku, gdy dla danego parametru wszyscy Wykonawcy zaoferują parametr o wartości granicznej, ocena punktowa wg zasady proporcjonalności nie obowiązuje, co oznacza, że Wykonawcy nie otrzymają za taki parametr punktów.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą
w Strzelcach Opolskich
Beata Czempiel

Rozdzielnik:

- 1) Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Wykonawcy, którym przekazano SIWZ.
- 3) Wykonawcy, którzy zadawali pytania.