

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

Nazwa Wykonawcy:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Szerokość całkowita: 650 mm ($\pm$ 30 mm)	TAK	
2.	Długość całkowita: 1970 mm ($\pm$ 30 mm)	TAK	
3.	Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie: 590 – 870 mm ($\pm$ 20 mm)	TAK	
4.	Wózek wykonany z profili stalowych, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne	TAK	
5.	Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa ABS z profilowaną półką	TAK	
6.	Leże składające się z trzech segmentów	TAK	
7.	Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą do 70° (+/- 3°)	TAK	
8.	Kąt odchylenia oparcia nóg 38° regulowane przy pomocy sprężyn gazowych (+/- 3°)	TAK	
9.	Przechył Trendelenburga: 26° ($\pm$ 3°)	TAK	
10.	Przechył anty-Trendelenburga: 15° ($\pm$ 3°)	TAK	
11.	Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	TAK	
12.	Leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji	TAK	
13.	Materace zdejmowane wykonane z materiału nieprzemakalnego	TAK	
14.	Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. 200 mm	TAK	

15.	Wózek wyposażony w: - poręcze boczne /2 szt./, - stojak na kroplówkę /1 szt./, - kosz na butle z tlenem /1 szt./	TAK	
16.	Świadectwa, certyfikat CE.	TAK	

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.