

Strzelce Opolskie, 27 kwietnia 2009r

Wg rozdzielnika

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do znieczulania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Op.
(Znak sprawy: ZOZ/07-ZP/09)**

POPRAWIENIE OMYŁKI
(dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 16)

**Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki dotyczącej treści odpowiedzi na pytanie nr 16.
(Pomyłkowo treść odpowiedzi nr 16 dotyczyła pytania nr 15)**

Pytanie nr 16

dot. Załącznik nr 3 - Pakiet 1 - pkt. C.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG, który na dzień składania ofert nie posiada możliwości rozbudowy o dodatkowy tryb nie dopplerowskiej metody oceny przepływów.

W związku z powyższym **Odpowiedź na pytanie nr 16** przyjmuje postać:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat USG, który na dzień składania ofert nie posiada możliwości rozbudowy o dodatkowy tryb nie dopplerowskiej metody oceny przepływów.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą
w Strzelcach Opolskich
Beata Czempiel

Rozdzielnik:

- 1) Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego