

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DEFIBRYLATORA

Nazwa Wykonawcy:

Producent:

Nazwa i typ:

L.p.	Parametry urządzenia	Wartość wymagana	Parametry oferowane
I. PARAMETRY OGÓLNE			
1.	Model urządzenia / producent / rok produkcji	Podać	
2.	Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym	Tak	
3.	Zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowo-sieciowe.	Tak	
4.	Ładowanie akumulatora z sieci 230 V AC i instalacji karetkowej 12V DC w czasie poniżej 3 godzin do 100% pojemności – zewnętrzna lub wbudowana ładowarka	Tak	
5.	Czas pracy z akumulatorów – min. 80 minut monitorowania lub min. 50 defibrylacji energią 200J	Tak	
6.	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg	Tak	
II. DEFIBRYLACJA			
1.	Synchroniczna i asynchroniczna	Tak	
2.	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min. od 5 do 200 J	Tak	
3.	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20.	Tak	
4.	Defibrylacja ręczna i automatyczna AED	Tak	
5.	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta	Tak	
6.	Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.	Tak	
III. STYMULACJA			
1.	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie	Tak	
2.	Częstość min. 40-150 impulsów/minutę	Tak	
3.	Regulacja prądu stymulacji min. 10-160 mA	Tak	
IV. EKG			
1.	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG	Tak	
2.	Alarmy częstości akcji serca	Tak	
V. REJESTRACJA			
1.	Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie	Tak	
2.	Ekran typu EL lub kolorowy o przekątnej minimum 8".	Tak	
3.	Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 50mm.	Tak	
4.	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych	Tak	
5.	Transmisja danych przez telefon i połączenie kablowe do stacji odbiorczej.	Tak	
VI. INNE WYMAGANIA			
1.	Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania	Załączyć	
2.	Wbudowany moduł pomiaru SpO2	Tak	
3.	Wbudowany moduł pomiaru NIBP	Tak	
4.	Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: moduł analizy 12-odpr. EKG, CO2, IBP	Tak	

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.