

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYWOŁYWARKA FABRYCZNIE DEDYKOWANA MAMMOGRAFOWI

Producent.....

Model/Typ.....

Kraj pochodzenia.....

1.	2.	3.	4.
Lp.	Opis parametrów wywoływarki	Parametry graniczne (wymagane)	Parametry oferowane
1	Deklaracja zgodności CE	Tak (dołączyć do oferty)	
2	Okres gwarancji min. 12 m-cy	Tak	
3	Reakcja od zgłoszenia awarii, do 8 godzin	Tak	
4	Instrukcje obsługi w języku polskim szt. 2	Tak	
5	Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu konserwacji i obsługi (potwierdzone dokumentem) dla min. 2 osób	Tak	
6	Dostępność części zamiennych min 10 lat	Tak	
7	Kompatybilna do posiadanego mieszalnika firmy Agfa	Tak	
8	Aparat fabrycznie nowy nieużywany	Tak	
9	Zasilanie sieciowe 208-240 V, 50/60 HZ	Tak	
10	Wersja instalacyjna	koszyk odbiorczy	
11	Rozmiar obrabianych błon	Od 10x10 cm do szerokości 45 cm	
12	Sterowanie	Mikroprocesorowe; 2 tryby pracy - automatyczny i ręczny	
13	Czas obróbki błony	Nastawialny w zakresie 1-5 min	
14	Automatyczny system start-stop z systemem stand-by	Tak	
15	Program antyutleniający i antykrystaliczny	Tak	
16	Wydajność (przy czasie obróbki 135 s)	Min.150 szt./godz błon formatu 24x30 cm (mammograficznych)	
17	Zużycie wody	Maks. 1,9 dm ³ /min. (tylko w czasie obróbki błon)	
18	Temperatura	Wywoływacza: nasawialna w zakresie 28-40 °C Suszenia: nastawialna w zakresie 35-70 °C	
19	Zbiorniki z tworzywa sztucznego	Tak	
20	Pojemność zbiorników maszyny	Wywoływacza, utrwalacza, wody – min. 10 dm ³ każdy	

21	Pojemność zbiorników regeneratorów	Wywoływacza, utrwalacza – min. 25 dm ³ każdy	
22	Możliwość podłączenia do mieszalnika regeneratorów	Tak	
23	Regeneracja odczynników	Automatyczna uzależniona od powierzchni obrabianych błon. Oddzielne pompy regeneracyjne dla wywoływacza i utrwalacza	
24	Maksymalne wymiary 100x70x130	Tak podać	
25	Montaż na firmowej podstawie		

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.