

Wymagane Parametry Graniczne Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

.....
(nazwa systemu)

L.p.	Wymagane funkcje	Wymagana odpowiedź	Odpowiedź oferenta
1.	Laboratoryjny System Informatyczny w technologii wielodostępu. Oprogramowanie i wdrożenie.	TAK	
2.	Połączenie on-line następujących pracowni laboratorium : biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, analizy ogólnej	TAK	
3.	Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/ i kodów paskowych z analizatorami wyżej wymienionych pracowni	TAK	
4.	Kodowanie próbek i pacjentów kodami paskowymi. Wprowadzenie kart zleceń.	TAK	
5.	Rejestracja pacjentów wraz z danymi demograficznymi: Automatycznie i manualnie	TAK	
6.	Prezentacja wyników na wykresach skumulowanych	TAK	
7.	Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych	TAK	
8.	Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu	TAK	
9.	Raportowanie kosztów wykonywanych badań	TAK	
10.	Raportowania kosztów wykonywanych badań według płatnika	TAK	
11.	Zarządzanie magazynem odczynników i mat. zużywalnych, raportowanie stanów magazynowych	TAK	
12.	Możliwość wypisywania rachunków za wykonane usługi	TAK	
13.	Archiwizacja wyników badań i kontroli przez okres min. 1 roku, archiwizacja danych z możliwością tworzenia zestawień statystycznych, raportów, zestawień finansowych	TAK	
14.	Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg. reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników	TAK	
15.	Możliwość współpracy ze szpitalnym systemem komputerowym (możliwość komunikacji systemowej z oddziałami szpitalnymi)	TAK	
16.	Okablowanie pracowni hematologii, serologii, bakteriologii, analizy i parametrów krytycznych	TAK	
18.	Gwarancja obejmująca cały okres dzierżawy i licencji	TAK	
19.	System operacyjny	TAK	
20.	Sprzęt - dokładny opis jakościowy i ilościowy	TAK	
21.	Uruchomienie systemu zsynchronizowane z podjęciem pracy przez aparaty występujące w przetargu, w terminie max. 1 m-c od podpisania umowy	TAK	
22.	Moduł rejestracji- instalacja w punkcie pobrania materiału- połączenie z pozostałymi pracowniami	TAK	
23.	Wyposażenie w UPS wszystkich urządzeń	TAK	

