

Videogastroskop i Videokolonoskop

WYMAGANIA TECHNICZNE - WARUNKI GRANICZNE

Lp.	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	Wymogi graniczne TAK/ NIE	Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać
1	Oferent / Producent	Podać	
2	Nazwa i typ	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 20 10	TAK	
VIDEOGASTROSKOP			
5	Kąt obserwacji min. 120°	Tak	
6	Głębokość ostrości min. 4 - 100 mm	Tak	
7	Średnica zewnętrzna wziernika: max 10 mm	Tak	
8	Długość robocza min 1050 mm	Tak	
9	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 10 mm	Tak	
10	Średnica kanału roboczego: 2,8 mm	Tak	
11	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę. 210° - w dół. 90° - w lewo. 100° - w prawo 1 00°	Tak	
12	Aparaty muszą być kompatybilne z procesorem i źródłem światła EPX-201 będące w posiadaniu zamawiającego	Tak	
VIDEOKOLONOSKOP			
13	Kąt obserwacji 140°	Tak	
14	Głębokość ostrości min. 4 - 100 mm	Tak	
15	Średnica zewnętrzna wziernika: max 13 mm	Tak	
16	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13 mm	Tak	
17	Średnica kanału roboczego: 3,8 mm	Tak	
18	Długość robocza sondy min. 1500 mm.	Tak	
19	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę min. 180° - w dół min. 180° - w lewo min. 160° - w prawo min. 160°	Tak	
20	Aparaty muszą być kompatybilne z procesorem i źródłem światła EPX-201 będące w posiadaniu zamawiającego	Tak	