

Strzelce Opolskie, 16 marca 2007

**Dotyczy: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na usługę wykonania testów podstawowych i specjalistycznych dla urządzeń RTG oraz konserwacja wywoływarek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
(Znak sprawy: ZOZ/5-ZP/07)**

ODPOWIEDŹ NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1:

Dot. Pakietu 3

Czy w ramach Pakietu nr 3 (testy podstawowe) przewidujecie Państwo konieczność wykonywania przez zleceniobiorcę codziennej kontroli sensytometrycznej procesu obróbki fotochemicznej, czy też w ramach tego pakietu zleceniobiorca nie będzie miał obowiązku prowadzenia takiej kontroli.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca wykonywał codzienną kontrolę sensytometryczną procesu obróbki fotochemicznej.