

Dot.: Postępowania o zamówienie publiczne, na dostawę materiałów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op., w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze poniżej 60 000 Euro.
Znak sprawy: ZOZ/26/06

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez Wykonawców, dotyczące w/w postępowania przetargowego.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów zbudowanych z 5 warstw:

- warstwa poliestru,
- warstwa klejowa laminatu,
- warstwa PP zrobiona z 3 różnych warstw (przylepna, ciągliwa/ elastyczna, zgrzewalna z papierem).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje wymóg, zawarty w odnośnym pakiecie Formularza Cenowego, iż zaoferowane rękawy muszą być 5-cio warstwowe, nie licząc warstwy kleju.

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z zakładką w rozmiarze 100x40mm?

Odpowiedź nr 2:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania rękawów o powyższych rozmiarach.

Strzelce Opolskie, 18 sierpnia 2006