

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Zestaw do videogastroskopu i videokolonoskopu wraz z procesorem wizyjnym**Producent:****Typ****Kraj pochodzenia****1. PROCESOR WIZYJNY**

L.p.	Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia)	Warunki graniczne	
1.1	Przetwornik CCD „kolor”	TAK	
1.2	Elektroniczne wzmocnienie obrazu	TAK	
1.3	Sterowanie przysłoną światła	TAK	
1.4	Wyjścia: BNC, S-VHS	TAK	
1.5	Współpraca z oferowanymi videoendoskopami	TAK	
1.6	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna	TAK	

2. VIDEOGASTROSKOP

L.p.	Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia)	Warunki graniczne	
2.1	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm	TAK	
2.2	Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,8 mm	TAK	
2.3	Przetwornik CCD - Kolor	TAK	
2.4	Kąt obserwacji – min 120°	TAK	
2.5	Głębokość ostrości od 5 do 100 mm	TAK	
2.6	Kąty wygięcia końcówki (min.): - góra: 210° - dół: 90° - lewo: 100° - prawo: 100°	TAK	
2.7	Możliwość rejestracji obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy videoendoskopu	TAK	
2.8	Współpraca z posiadaną myjnią MINI-ETD OLIMPUS	TAK	

3. VIDEOKOLONOSKOP

l.p.	Nazwa urządzenia (elementu wyposażenia)	Warunki graniczne	
3.1	Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm	TAK	
3.2	Średnica zewnętrzna wżernika – max 13,2 mm	TAK	
3.3	Przetwornik CCD - Kolor	TAK	
3.4	Kąt obserwacji – min 140°	TAK	
3.5	Głębokość ostrości 4-100 mm	TAK	
3.6	Długość robocza min. 1500 mm	TAK	
3.7	Możliwość rejestracji obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu	TAK	
3.8	Współpraca z posiadaną myjnią MINI-ETD OLIMPUS	TAK	

Wykonawca jest zobowiązany zaoferować sprzęt spełniający wszystkie powyższe warunki. Niespełnienie chociaż jednego wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.