

Strzelce Opolskie, 22 września 2006

wg rozdzielnika

ZOZ/NL/3454/06

**Dotyczy : przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO,
na dostawę rękawic diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.**

(Znak: ZOZ / 30 / 06).

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania stawiane przez Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie Załącznika nr 3-Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Zał. nr 3 –Formularz Cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.6 ustawy, Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert z dnia 28września 2006 o godzinie 12:00 i 12:30 - na dzień **4 października 2006 o godzinie 12:00 i 12:30.**

poz. 3

Pytanie 1:

Czy ze względu na fakt, iż rękawice sterylne-foliowe należą do klasy I sterylnej i były wprowadzone do obrotu na terenie Polski po 01.05.2004, czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączania do oferty dokumentów wymienionych w formularzu cenowym i dopuści przedłożenie deklaracji zgodności wraz z certyfikatem CE na w/w rękawice?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w odniesieniu do rękawic wymienionych w pozycji 3 wymagać będzie przedłożenia tylko certyfikatu CE.

Pytanie 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu. Informujemy, że umożliwi to startowanie w tym pakiecie większej ilości oferentów, co znacznie obniży koszt całego pakietu.

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający wydzielił pozycję 3 i tworzy oddzielny pakiet nr 2.

poz. 4

Pytanie 3:

Czy ze względu na fakt, iż rękawice nie jałowe polietylenowe nie są wyrobem medycznym, a co za tym idzie nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych oraz wymogowi rejestracji w Rejestrze Wyrobów i Wytwórców Medycznych, czy zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty dokumentów wymienionych w Formularzu Cenowym?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w odniesieniu do rękawic wymienionych w pozycji 4 wymagać będzie przedłożenia tylko certyfikatu CE.