

Dotyczy: usługa wykonania testów specjalistycznych i podstawowych aparatury RTG oraz konserwacji wywoływarek.

Zapytanie ofertowe

ZOZ/22-ZO/07

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w nim warunki.

Podstawa prawna: Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Nieobjętych Ustawą o Zamówieniach Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich prosi o przygotowanie oferty cenowej na usługę wykonania testów specjalistycznych i podstawowych aparatury RTG oraz konserwacji wywoływarek, zgodnie z *Formularzem Cenowym*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego *Zapytania Ofertowego*.

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Wykonanie, dla urządzeń RTG, testów podstawowych i specjalistycznych, zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej** (Dz.U. nr 194, poz. 1625),
- b) konserwacja wywoływarek
- c) naprawy wynikające z negatywnych wskazań testów podstawowych i konserwacji wywoływarek

1.1. Rodzaje urządzeń RTG objętych zamówieniem:

1. **Zestaw RTG Multix**, rok produkcji 1993, Siemens, miejsce użytkowania: Pracownia RTG, w składzie:
 1. Generator POLYMAT 50-1 lampa rtg,
 2. Stanowisko do zdjęć I diagnostyki warstwowej MULTIX,
 3. Stanowisko do zdjęć odległościowych VERTIX.
2. **Zestaw RTG Klinograph**, rok produkcji 1993, Siemens, miejsce użytkowania: Pracownia RTG, w składzie:
 1. Generator POLYMAT 50-1 lampa rtg
 2. Uniwersalne stanowisko do badań warstwowej MULTIX
 3. Elektronowy wzmacniacz obrazu
 4. RTG tor wizyjny
 5. Kolumna z kołpakiem
3. **Aparat RTG EXPOSKOP 8000 basic**, rok produkcji- 2001, producent INSTRUMENTARIUM IMAGING-ZIEHM GmbH Finlandia-Niemcy, miejsce użytkowania: Blok Operacyjny.
4. **Aparat RTG przewoźny PHILIPS**.
5. **Mammograf Flat E**, rok produkcji- 1999, Metaltronica.
6. **Wywoływarka** do błon RTG-Classic EOS 5270/100, rok produkcji-2003.
7. **Wywoływarka** do błon mammograf. Classic EOS 5270/100, rok produkcji 2002.
8. **Mieszarka do odczynników** Chemix 5280/100, rok produkcji 2003

- 1.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
- 1.2.1. **Pakiet 1**
1. Testy specjalistyczne dla:
 - a. Zestawu RTG Klinograph oraz dla aparatu RTG EXPOSKIOP 8000
 1. wszystkie możliwe do wykonania testy specjalistyczne wymienione w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia, punkt 2.1 Radiologia ogólna oraz punkt 2.2. Fluoroscopia.
 - b. zestawu RTG Multix oraz dla aparatu przewoźnego Philips
 1. wszystkie testy specjalistyczne wymienione w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia, punkt 2.1 Radiologia ogólna.
- 1.2.2. **Pakiet 2**
1. Testy specjalistyczne dla:
 - a. aparatu mammograficznego FLATE
 1. wszystkie możliwe do wykonania testy specjalistyczne wymienione w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia punkt 2.6. Mammografia.
- 1.2.3. **Pakiet 3**
1. Testy podstawowe dla:
 - a. Zestawu RTG Klinograph oraz dla aparatu RTG EXPOSKOP 8000
 1. wszystkie możliwe do wykonania testy podstawowe wymienione w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia, punkt 1.1 Radiologia ogólna oraz punkt 1.3. Fluoroscopia, zgodnie z załączonym wykazem
 - b. zestawu RTG Multix oraz dla aparatu przewoźnego Philips
 1. wszystkie testy podstawowe wymienione w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia, punkt 1.1 Radiologia ogólna, zgodnie z załączonym wykazem.
 2. Remonty i naprawy wynikające z negatywnych wyników testów.
- 1.2.4. **Pakiet 4**
1. Konserwacja wywoływarek obejmująca:
 - a. czyszczenie chemiczne,
 - b. wymiana chemikaliów,
 - c. uzupełnienie określonej ilości startera regeneratora wywoływacza,
 - d. wykonanie pomiarów regeneracji wywoływacza i utrwalacza,
 - e. sprawdzenie zgodności czasu zaprogramowanego cyklu obróbki fotochemicznej,
 - f. wymiana filtra wody,
 - g. mieszalnik,
 - h. sprawdzenie stanu technicznego i działania zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej.
 2. Remonty i naprawy poza zakresem pkt 1.
- 1.2.5. jedyny dopuszczalny przypadek niewykonania w ramach zawartej umowy któregośkolwiek z wymaganych testów specjalistycznych jest taki, że konstrukcja aparatu uniemożliwia wykonanie danego testu zgodnie z Rozporządzeniem.
- 1.3. Częstotliwość wykonywania testów wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r.:
- a) dla PAKIETU 1,2 i 3- zgodnie z Rozporządzeniem,

b) dla PAKIETU 4 - przeglądy każdej z dwóch wywoływarek raz na 3 m-ce.

1.4. KOD CPV:

a. 74323000-9 Usługi kontroli jakości.

b. 50421200-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

2.1 Jedyny dopuszczalny przypadek niewykonania w ramach zawartej umowy któregośkolwiek z wymaganych testów specjalistycznych jest taki, że konstrukcja aparatu uniemożliwia wykonanie danego testu.

2.2 Testy muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem i Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność wykonanych testów.

2.3 Po wykonaniu testów Zamawiającemu należy przekazać Protokoły wykonanych testów odrębne dla każdego poddanego testom aparatu.

2.4 Informacja o możliwości składania ofert częściowych: zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z pkt. 1.2.

3. Planowany termin realizacji zamówienia:

Pakiet 1 i 2 – 05.05.2008 – 30.06.2008r.

Pakiet 3 – do 31 grudnia 2008r.

Pakiet 4 – 20.04.2008 – 31.12.2008r

4. Wymagania podmiotowe:

4.1 Wykonawca powinien wykazać – **przedkładając odpowiednie dokumenty** – że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. nr 194, poz. 1625), tj.:

a) dysponuje laboratorium badawczym, które posiada akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych lub

b) Wykonawca jest laboratorium badawczym Państwowego Inspektora Sanitarnego lub

c) Wykonawca posiada laboratorium upoważnione przez Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania testów przedmiotowego zamówienia.

4.2 Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Kryteria oceny ofert

5.1 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

L.p.	Kryteria oceny ofert	Znaczenie
1	Cena	100 %

5.2 Cena powinna uwzględniać:

5.2.1 częstotliwości wykonywania testów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w okresie 12 m-cy.

5.2.2 koszty dojazdu.

5.3 Sposób dokonywania wyliczenia ceny oferty w Pakiecie 1 i 2

5.3.1 Wykonawca w *Formularzu Cenowym*, wyliczy wartość brutto zamówienia, co stanowi cenę oferty w poszczególnych pakietach.

5.3.2 Sposób dokonywania wyliczenia ceny oferty w Pakiecie 3 i 4

5.3.2.1 Cena oferty wyliczona będzie według wzoru:

$$C_{oi} = C_1 + C_2,$$

gdzie:

C_{oi} – cena oferty, odpowiednio, Pakietu 3 lub 4.

C_1 – cena, odpowiednio, wykonania testów podstawowych lub konserwacji wywoływarek,

C_2 – suma ceny za roboczogodziny i narzutu na zużyte materiały dla napraw wynikających z negatywnych wskazań testów lub konserwacji wywoływarek.

5.3.2.1.1 Wykonawca w *Formularzu Cenowym*, wyliczy wartość brutto – odpowiednio – testów podstawowych lub konserwacji bieżących wywoływarek, co stanowi cenę oferty C_1 .

5.3.2.1.2 Zamawiający na podstawie Druku Oferty (Załącz. 2) wyliczy cenę C_2 za przeprowadzone remonty i naprawy, według następującego wzoru:

$$C_2 = 15 \times C_r + 5000 \times (1 + C_m)$$

gdzie:

15 – szacunkowa liczba roboczogodzin,

C_r – cena za roboczogodzinę zadeklarowana przez Wykonawcę w *Druku Ofertowym* (Załącz. Nr 2 do SIWZ) – z uwzględnieniem kosztów transportu, 5000 – założona wartość materiałów zużytych do naprawy i konserwacji w wysokości 5 000 zł,

C_m – wielkość narzutu od materiałów zużytych [%], zadeklarowana przez Wykonawcę w *Druku Oferty*.

5.4 Sposób obliczenia ilości punktów za oferowaną cenę:

$$P_{Ci} = 100 \bullet \frac{C_{\min}}{C_{oi}} \quad [pkt]$$

gdzie: C_{oi} – cena ofertowa danej oferty,

$C_{\min}$ – najniższa zaoferowana cena ofertowa.

5.4.1 Obliczenie ceny i ilości punktów będzie dokonywane oddzielnie dla każdego pakietu.

5.4.2 Obliczenia punktowe będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

6. **Wymagany – minimalny- termin płatności:** do 75 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

7. **Termin złożenia oferty** – do dnia 11.01.2008 r., do godz. 15:00.

Zamawiający uzna, że termin został dochowany w przypadku przesłania do dnia 11.01.2007r. wymaganych dokumentów faksem, pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia dokumentów w oryginale.

8. **Termin związania ofertą:** 30 dni.
9. **Kontakt telefoniczny:** Bogdan Ploch – Przewodniczący Komisji ds. Oceny Ofert – tel. 077/4613291-5 wew. 480.
10. Załączniki:
- 1) Formularz: *Prezentacja Oferenta*.
 - 2) *Druk Oferty*.
 - 3) *Formularz Cenowy*.
 - 4) Wzór umowy.
11. Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:
- 1) Wypełniony formularz - *Prezentacja Wykonawcy* (zał. 1).
 - 2) Wypełniony *Druk Ofertowy* (Zał. 2).
 - 3) Wypełniony formularz – *Formularz Cenowy* (zał. 3)
 - 4) Dokument potwierdzający dysponowanie właściwym laboratorium badawczym, zgodnie z pkt. 4.1 niniejszego *Zapytania Ofertowego*.
 - 5) Odpis z właściwego Rejestru.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, zgodnie z podziałem zamówienia na pakiety.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Strzelcach Opolskich
Beata Czempiel

Nasz adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Opolska 36 a
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077/461-32-91- do 5.
fax. 077/461-27-63
strona internetowa: www.szpital.strzelce-op.pl

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
- 2) Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego.