

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Echokardiograf.

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

PARAMETRY GRANICZNE

LP	OPIS PARAMETRU	WARTOŚĆ WYMAGANA	OFEROWANE PARAMETRY	SKALA OCEN
Parametry techniczne				
I	Parametry ogólne			
1	Aparat do badań echokardiograficznych wykonany w technologii cyfrowej	TAK		Bez punktacji
2	Aparat fabrycznie nowy 2007/2008	TAK		Bez punktacji
3	Aparat jezdny wyposażony w koła skrętne + hamulec	TAK		Bez punktacji
4	Gniazda do podłączenia głowic – 3 gniazda (w tym aktywny port głowicy przezprzełykowej)	TAK		Bez punktacji
5	Zakres stosowanych częstotliwości 1,5-13,0 Mhz	TAK		Bez punktacji
6	Kanały procesowe odbiorcze - 1024	TAK		Bez punktacji
7	Dynamika systemu dla trybu 2D- 40-100 dB	TAK		Bez punktacji
8	Głębokość penetracji 2-30 cm	TAK		Bez punktacji
9	256 odcieni szarości	TAK		Bez punktacji
10	14 map szarości dla trybu 2D	TAK		Bez punktacji
II	Tryby pracy	TAK		
1	B-Mode	TAK		Bez punktacji
2	M-mode	TAK		Bez punktacji
3	M-mode Młode efektem Dopplera kolorowego	TAK		Bez punktacji
4	Tryb Dopplera spektralnego – PW	TAK		Bez punktacji
5	Tryb Dopplera ciągłego CW	TAK		Bez punktacji
6	Tryb Dopplera kolorowego – CD	TAK		Bez punktacji
7	Tryb Power Doppler	TAK		Bez punktacji
8	Tryb Power Doppler kierunkowy	TAK		Bez punktacji
9	Tryb Dopplera tkankowego spektralnego	TAK		Bez punktacji
III	Aplikacje			
1	Jama brzuszna	TAK		Bez punktacji
2	Kardilogia	TAK		Bez punktacji
3	Naczyniowe	TAK		Bez punktacji
4	Małe i powierzchniowe narządy	TAK		Bez punktacji
5	Ortopedia	TAK		Bez punktacji
6	Pediatrica	TAK		Bez punktacji
IV	Obrazowanie			
1	Aparat wyposażony w monitor 17 cali	TAK		Bez punktacji
2	Rozdzielczość monitora – 1024x768 bez przeplotu	TAK		Bez punktacji
3	Wbudowany w aparat dysk twardy	TAK		Bez punktacji
4	Wbudowana nagrywarka CD-R	TAK		Bez punktacji
5	Możliwość nagrywania i odtwarzania obrazów (Cinelop)	TAK		Bez punktacji
6	Pamięć Cine-Loop – powyżej 3000 klatek	TAK		Bez punktacji
7	Duplex/Triplex	TAK		Bez punktacji
8	Obrazowanie harmoniczne	TAK		Bez punktacji
9	Uchyłność bramki Dopplerowskiej: +/- 30°	TAK		Bez punktacji
10	Zakres pomiarowy Dopplera ciągłego – powyżej 12m/s	TAK		Bez punktacji

11	Zakres pomiarowy Dopplera spektralnego – powyżej 5,5 m/s	TAK		Bez punktacji
12	Fizjologiczny panel EKG wbudowany w aparat	TAK		Bez punktacji
V	Główce			
1	Głowica sektorowa do badań kardiologicznych; częstotliwość pracy 1.5-4.0 Mhz; ilość kryształów – 64; obrazowanie harmoniczne	TAK		Bez punktacji
2	Głowica liniowa do badań naczyniowych; częstotliwość pracy – 5.0-10.0 Mhz; ilość kryształów – 192;	TAK		Bez punktacji
VI	Możliwość rozbudowy			
1	Oprogramowanie Stress Echo	TAK		Bez punktacji
2	Oprogramowanie do badań LVO Kontrast	TAK		Bez punktacji
3	Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima-media	TAK		Bez punktacji
4	Anatomiczny M-Mode	TAK		Bez punktacji
5	Dicom	TAK		Bez punktacji
6	Obrazowanie 3D	TAK		Bez punktacji
7	Głowica przezprzełykowa dla dorosłych (3.0-8.0 Mhz) z obrazowaniem harmonicznym	TAK		Bez punktacji
8	Głowica microconvex – 4.0-10.0 Mhz	TAK		Bez punktacji
9	Głowica endowaginalna	TAK		Bez punktacji

W kolumnie „Oferowane Parametry” należy wpisać „Tak”.

Pominięcie określenia chociażby jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ.